

## Verification certificate

*Prüfbescheinigung*  
Certificat de verification  
Keuringscertificaat

## Non-automatic weighing instrument

*Nichtselbsttätige Waage*  
Instrument de pesage à fonctionnement non automatique  
*Niet-automatisch weeginstrument*

User, <i>Benutzer</i> , Utilisateur, <i>Gebruiker</i> :	Location, <i>Lage</i> , Emplacement, <i>Locatie</i> :	Date of execution, <i>Tag der Ausführung</i> , Date de l'exécution, <i>Datum van uitvoering</i> :
Wolvedijk B.V. Minerva 36 8448 CS Heerenveen	Wolvedijk B.V. Minerva 36 8448 CS Heerenveen	7-9-2020

Type/Model, <i>Typ/Model</i> , Type/Modèle, <i>Type/Model</i> :	<b>VS125 18 x 3 m</b>
Manufacturer, <i>Hersteller</i> , Fabricant, <i>Fabrikant</i> :	<b>PRECIA MOLEN</b>
Serial number, <i>Herstellungsnummer</i> , Numéro de série, <i>Seriennummer</i> :	<b>WB17/0076</b>
Weighing capacity, <i>Lastangabe</i> , Capacité de pesage, <i>Weegvermogen</i> :	<b>60.000 kg</b>
Verification scale interval, <i>Eichwert</i> , Échelon de vérification, <i>IJkeenheid</i> :	<b>20 kg</b>
Accuracy class, <i>Genauigkeitsklasse</i> , Classe de précision, <i>Nauwkeurigheidsklasse</i> :	<b>III</b>
EU-type examination certificate, <i>EU-Baumusterprüfbescheinigung</i> , Certificats d'examen UE de type, <i>Certificaat van EU-typeonderzoek</i> :	<b>T2177</b>
Year of construction, <i>Baujahr</i> , Année de construction, <i>Bouwjaar</i> :	<b>2018</b>
Notified body, <i>Notifizierten Stelle</i> , L'organisme notifié, <i>Aangewezen instantie</i> :	<b>0122 NMI Certin B.V.</b>

The object of the Verification certificate described above is in conformity with directive: 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility), 2014/31/EU (Non-automatic weighing instrument), 2014/35/EU (Low voltage directive) and EN45501:2015.

*Der oben beschriebene Gegenstand der Prüfbescheinigung erfüllt die einschlägigen Richtlinie: 2014/30/EU (Elektromagnetische Verträglichkeit), 2014/31/EU (Nichtselbsttätige Waage), 2014/35/EU (Niederspannungs Richtlinie) und EN45501:2015.*

L'objet de la Certificat de verification décrit ci-dessus est conforme à la législation directive: 2014/30/UE (Compatibilité électromagnétique), 2014/31/UE (Instruments de pesage à fonctionnement non automatique), 2014/35/UE (Limites de tension) et EN45501:2015.

*Het hierboven beschreven weeginstrument in dit Keuringscertificaat is in overeenstemming met de betreffende richtlijn: 2014/30/EU (EMC), 2014/31/EU (Niet-automatisch weegwerktuig), 2014/35/EU (Laagspanningsrichtlijn) en EN45501:2015.*

Signed for and on behalf of, *Unterzeichnet für und im Namen von*, Signé par et au nom de, *Ondertekend voor en namens*

Date, *Datum*, Date, *Datum*: 17-9-2020  
Place, *Platz*, Lieu, *Plaats*: Breda

**Mr. G.L.M. van Ardel**  
Service manager PRECIA MOLEN NEDERLAND B.V.

FOR-912